

	Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Laboratuvarı Laboratuvar Güvenliği Talimatı	Doküman No:	HEF.TL.0003
		Yayın Tarihi:	20.03.2023
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	0
		Sayfa:	1/3

1. Amaç

Bu talimat Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Laboratuvarı ve bu ortamlarda gerçekleştirilecek çalışmaların güvenlik kurallarını belirler.

2. Kapsam

Bu talimat Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Laboratuvarı'nı kapsar.

3. Tanımlar

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. Sorumlular

Dekan, dekan yardımcıları, laboratuvar sorumlusu, laboratuvarı kullanan öğretim üye ve elemanları, idari personel, öğrenciler

5. Uygulama

5.1. Laboratuvarlarda Uyulması Gereken Genel Kurallar

5.1.1. Genel Kurallar

- Laboratuvarlar, ciddi ve dikkatli çalışma gerektiren ortamlardır. Tüm personel ve öğrenciler kurallara tam uyum göstermelidir.
- Laboratuvar giriş çıkış saatlerine uyulmalıdır.
- Laboratuvar sorumlusunun talimatlarına uyulmalıdır.
- Laboratuvarıda sorumlu kişi olmadan malzemelere dokunulmamalıdır.
- Yemek yemek, içecek tüketmek, sigara içmek ve laboratuvar malzemelerini bu veya başka kişisel amaçlarla kullanmak yasaktır.
- Laboratuvarıda uygulama akışını engelleyecek şekilde gürültü çıkarılmamalıdır ve dikkat dağınık davranışlarda bulunulmamalıdır.
- Laboratuvara getirilen çanta, mont gibi kişisel eşyalar; maket, manken, yatak gibi malzemelerin üzerine konulmamalıdır.
- Laboratuvara kibrit, çakmak, bıçak gibi zarar verici araçlar getirilmemelidir.
- Laboratuvara girmeden önce çalışma prosedürleri ve güvenlik kuralları dikkatlice okunmalıdır.

5.1.2. Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) Kullanımı

- Laboratuvara girmeden önlük giyilmelidir.
- Gerekli olduğu takdirde uygulamalar sırasında uygun eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.
- Uzun saçlar toplanmalı, sarkık takılar çıkarılmalı ve bol giysiler giyilmemelidir.
- Sandalet, terlik gibi açık burunlu ayakkabılar giyilmemelidir.

	Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Laboratuvarı Laboratuvar Güvenliği Talimatı	Doküman No:	HEF.TL.0003
		Yayın Tarihi:	20.03.2023
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	0
		Sayfa:	1/3

5.1.3. Cam Malzemelerin Kullanımı

- a) Cam eşyalar kırılmalara karşı dikkatlice taşınmalı, çatlak camlar kesinlikle kullanılmamalıdır.

5.1.4. Elektrikle İlgili Kontroller

- a) Elektrikli cihazlar, kuru ellerle kullanılmalı ve fişten çekilirken kablo yerine fişten tutularak çekilmelidir.
- b) Gerekli durumlar hariç çalışma öncesi elektrikli cihazların güç düğmesinin kapalı ve fişinin prizde takılı olmamasına dikkat edilmelidir.
- c) Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa topraklı ve sigortalı prize takılmalı, birbirine eklenerek kullanılmamalı ve çoğaltıcı takılmamalıdır.
- d) Çıkışlarda tüm cihazların (bilgisayar, projeksiyon vb) ve elektrik kaynaklarının kapatılmalıdır.
- e) Cihaz kablolarının korunaklı olarak sabitlenmeli, üzerine herhangi bir materyal konulmamalı, sıkışma durumları ve bütünlükleri kontrol edilmelidir.

5.1.5. Acil Durumlar ve İlk Yardım

- a) Laboratuvarlarda ilk yardım dolabı ve yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
- b) Laboratuvarda uygulama yapmanızı engelleyecek veya riske atacak, herhangi bir sağlık probleminiz ya da kullandığınız ilaç varsa öncesinde laboratuvar sorumlusuna bilgi verilmelidir.
- c) Acil durumlar ve kazalar derhal laboratuvar sorumlusuna bildirilmelidir.
- d) Giysilerin tutuşması halinde asla koşulmamalı, yangın battaniyesi veya uygun bir örtü ile söndürülmelidir.

5.1.6. Atık Yönetimi ve Temizlik

- a) Atıklar tehlike sınıflarına göre ayrılmalı ve belirlenen toplama kaplarında saklanmalıdır.
- b) Laboratuvar çalışması bittikten sonra kullanılan tüm malzemeler temizlenmeli, orijinal yerlerine yerleştirilmelidir.
- c) Kirli malzemeler belirlenen temizleme prosedürlerine uygun şekilde işleme tabii tutulmalıdır.

5.1.7. Tertip ve Düzen

- a) Takılıp düşme tehlikesine karşı eşyalar giriş çıkışları kapatmayacak şekilde konumlandırılmalıdır.
- b) Dolaplar sabitlenmeli, üstlerinde hiçbir eşya bulundurulmamalıdır.
- c) Ayna, pano, tablo gibi duvarda yer alan objeler sabitlenmelidir.
- d) Sık kullanılan eşyalar erişimi kolay raflara ve öne yerleştirilmelidir.
- e) Ağır eşyalar alt raflara yerleştirilmelidir.
- f) Dolap kapaklarına dolap içlerinde bulunan malzemelerin listeleri asılmalıdır.
- g) Acil durumda ilk kurtarılabilecek eşyaların belirlenerek kapıya yakın olarak konumlandırılmalıdır.
- h) Eşyalar düzgün ve temiz kullanılmalı, alınan malzemelerin yerine tekrar konulmalıdır.
- i) Pencerele açılıp kapanma derecesini kontrol eden sistemler eklenmelidir.

5.1.8. Yangın Yönetimi

- a) Yanıcı ve parlayıcı maddeler, doğrudan ısı ve güneş ışığına maruz bırakılmadan, kapalı ve uygun dolaplarda saklanmalıdır.
- b) Yangın anında, panik yapılmadan en yakın acil çıkış kapıları kullanılmalı, asansör yerine merdivenler tercih edilmelidir.
- c) Yangın ihtimaline karşı, laboratuvar içinde sigara içilmemeli ve çöpler düzenli şekilde boşaltılarak yanıcı atıklar biriktirilmemelidir.

	Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Laboratuvarı Laboratuvar Güvenliği Talimatı	Doküman No:	HEF.TL.0003
		Yayın Tarihi:	20.03.2023
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	0
		Sayfa:	1/3

d) Çalışma şekilleri bakımından birbirine tehlike oluşturan işler bir arada yapılmamalıdır

5.1.9. Bireysel Koruma

a) Çalışma sırasında ergonomik kurallara uyulmalıdır.

6. İlgili Dokümanlar

a) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

HAZIRLAYAN/...../.....	ONAYLAYAN/...../.....
İMZA	Dekan İMZA