



Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Hasta Bakım Ekranı Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0115
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Bu cihaz EKG sinyalleri ile ilgili temel kavamları benimsetmek amacıyla kullanılmaktadır. Hasta Bakım Ekranı kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Güç tuşuna basılıp cihaz açılır.
2. Elektrot kablosu cihazın ilgili kısmına bağlanır.
3. Elektrot kablosu rengine göre kıskaç elektrotlara bağlanır.
4. Sırasıyla siyah elektrot sol bileğe, sarı elektrot sağ bileğe, kırmızı elektrot sol ayak bileğine ve yeşil elektrot ise sağ ayak bileğine bağlanır.
5. Elektrot bağlantıları yapılrken metal yüzeyin cilde temas ettiğinden emin olunur.
6. Cihaz arayüzündeki fonksiyonlar kullanılarak ölçümler alınır.
7. Ölçümler alındıktan sonra güç tuşuna basılarak cihaz kapatılır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA